



§ 267

Hankintaoikaisuvaatimus autoklaavien hankinnasta

HEL 2017-008420 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein hyväksyä Clinichem Oy Ltd:n tekemän oikaisuvaatimuksen koskien hallintojohtajan 4.9.2017 15 § tekemää välinehuollon autoklaavien hankintaa koskevaa päätöstä.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä Hammasväline Oy:n tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana ja valita Clinichem Oy Ltd:n tarjoamat Matachana S101E-1 autoklaavit Kivelän, Oulunkylän ja Vuosaaren välinehuoltoihin.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että tämä hankintapäätös on ehdollinen ja hankinta voidaan toteuttaa:

- mikäli autoklaavit ehditään toimittaa ja asentaa vuonna 2017

- mikäli vuodelle 2017 autoklaavien hankintaan saatu irtaimen käyttöomaisuuden rahoitus saadaan siirrettyä vuodelle 2018 tai hankintaan saadaan rahoitus vuodelle 2018

- mikäli tilapalveluilla on rahaa tarvittaviin ympäristötoihin

Hankinnan arvo on 90 450,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi

Ritva Ylöstalo-Laine, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6754671

ritva.ylostalolaine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Oikaisuvaatimus Clinichem Oy Ltd
- 2 Liite 2. Vastine oikaisuvaatimukseen. Hammasväline Oy
- 3 Liite 3. Hammasväline Oy vastine no 2
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja ter-



10.10.2017

Asia/10

veyslautakunta

Otteet

Ote

Tarjoajat

Välinehuolto

Hankintapalvelut

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja terveyslautakunta

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Clinichem Oy Ltd on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen 20.9.2017 sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajan päätökseen HEL 2017-008420 § 15 (4.9.2017). Clinichem Oy Ltd:n vaatii oikaisuvaatimuksessaan (liite 1) tekemään hankinnasta uuden hankintapäätöksen siten, että Hammasväline Oy:n tarjoustusta ei huomioida tarjoustusten vertailussa ja päätöksessä.

Clinichem Oy Ltd toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että Hammasväline Oy:n tarjoama autoklaavi ei vastaa tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta autoklaavin kammion kaksoisvaipparakenteesta. Kaksoisvaipparakenteellisessa autoklaavissa höyry johdetaan kaksoisrakenteen vaippaan ja steriloinnin aikana vaippaan ja kammioon. Hammasväline Oy:n tarjoama HS33 EC-1 autoklaavi toimii sähkövastuksella siten, että kammio lämmitetään kammion ulkopuolelle sijoitetulla sähkövastuksella.



10.10.2017

Vaatimuksesta höyrykehittimestä Clinichem Oy Ltd toteaa, että Hammasväline Oy:n tarjoamassa autoklaavissa ei ole vaadittua höyrykehittintä, vaan ainoastaan höyrustin.

Lisäksi Clinichem Oy Ltd toteaa, että Hammasväline Oy:n tarjoaman autoklaavin ovi ei täytä vaatimusta siitä, että ovea voidaan käyttää sekä manuaalisesti- että automaattisesti.

Vastine oikaisuvaatimukseen

Hammasväline Oy on antanut 22.9.2017 vastineensa (liite 2) oikaisuvaatimukseen.

Vastineessaan Hammasväline Oy toteaa HS 33EC-1 autoklaavin vaipparakenteesta seuraavasti: ”Terveystuotteen autoklaavissa on oltava lämmitetty vaippa, jotta mm. Standardin EN285 vaatimukset prosessista ja kuorman kuivuudesta täyttyisivät. Prosessin kannalta ei ole mitään merkitystä millä tekniikalla vaippaa lämmitetään, joten tarjouspyynnön vaatimuksen ominaisuus täyttyy myös vaikka vaippaa lämmitetään sähköllä.”

27.9.2017 esitettyihin tarkentaviin lisäkysymyksiin Hammasväline Oy on vastannut seuraavasti (liite 3):

Onko autoklaavin kammio varustettu kaksoisvaipalla? Kyllä

Pääseekö höyry kiertämään kaksoisvaipparakenteessa koko kammion pinta-alalla (pois lukien ovet). Ei

Onko autoklaavin kammio rakenteeltaan vaadittu täys kaksoiskammio? Ei

Höyrykehittimeen kohdistuvaan vaatimukseen Hammasväline Oy toteaa, että tarjouspyynnössä asetettu vaatimus oli seuraava: ”Laitte on varustettu sähkötoimisella höyrykehittäjällä, joka pystyy kehittämään puhdasta höyryä tekemästään RO-vedestä”. Tarjouspyynnössä ei ole esitetty oikaisuvaatimuksen mukaisia ominaisuuksia höyrykehittimelle, joten tarjotun autoklaavin höyrykehitin täyttää kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.

Väittämään että tarjottua autoklaavia ei saa yksiovisena automaattisella ovella Hammasväline Oy toteaa vastineessaan, että ”Tarjottu autoklaavi on yksiovinen ja varustettu automaattisella ovella.”

Hankintalaki



Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 1397/2016) hankintoja koskevat yleiset periaatteet on todettu lain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tätä hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Tuotteiden valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää hankintaa koskevia tarkentavia kysymyksiä tarjouspyynnössä esitettynä ajankohtana. Autoklaavin kammion rakenteeseen liittyviä kysymyksiä ei hankintaan esitetty.

Perustelut oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle

Välinehuollon ja hankintapalvelujen valintatyöryhmä on tehnyt autoklaavien hankinnasta valinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin. Hammasväline Oy on ilmoittanut tarjouksessaan, että tarjotut autoklaavit täyttävät kaikki tarjouspyynnössä olleet ehdottomat vaatimukset, myös kammiota koskevan kaksoisvaipparakenteen vaatimuksen.

Käsiteltyään kokouksessaan 28.9.2017 Clinichem Oy Ltd:n oikaisuvaatimusta ja Hammasväline Oy:n siihen 22.9.2017 antamaa vastinetta sekä 27.9.2017 esitettyihin tarkentaviin lisäkysymyksiin saatua vastausta valintatyöryhmä toteaa, että Hammasväline Oy:n tarjoaman HS33 EC-1 autoklaavin kammiorakenne ei vastaa tarjouspyynnössä vaadittua rakennetta.

Höyrykehittimeen ja autoklaavin oveen liittyvä oikaisuvaatimus on valintatyöryhmän mielestä aiheeton. Hammasväline Oy:n tarjoamat autoklaavit täyttävät niiltä osin asetutut vaatimukset. Lisäksi valintatyöryhmä toteaa, että höyrykehittäjälle ei ole asetettu mitään prosessiin tai vakiohöyrynpaineeseen liittyviä vaatimuksia. Vaatimuksena on ollut ainoastaan vaatimus sähkötoimisesta höyrykehittäjästä. Autoklaavin oveen liittyvä vaatimus on ollut se, että oven tulee olla automaattinen, mutta sitä on pystyttävä käyttämään myös manuaalisesti.

Valintatyöryhmä toteaa, että Hammasväline Oy:n tarjous tulee hylätä ja hallintojohtajan päätös HEL 2017–008420 § 15 tulee oikaista Clinichem Oy Ltd:n vaatimuksen mukaisesti.

Hankinnan ehdollisuus



Välinehuollolle on myönnetty ns. irtaimen käyttöomaisuuden rahaa vuodelle 2017 autoklaavien hankintaan. Em. raha myönnetään aina kalenterivuodelle ja se tulisi käyttää sen kalenterivuoden aikana, mille se on myönnetty.

Clinichem Oy Ltd on tarjouksessaan ilmoittanut autoklaavien toimitusajaksi 10 viikkoa siitä, kun tilaus on toimittajalle saapunut.

Edellä mainituista syistä johtuen tämä hankintapäätös on ehdollinen, ja toteutetaan, mikäli koneiden toimitusaika on tarjouksessa ilmoitettua lyhyempi ja voidaan toteuttaa vuoden 2017 aikana tai vuodelle 2017 myönnetty irtaimen käyttöomaisuuden raha saadaan siirrettyä käytettäväksi vuonna 2018. Samoin hankinta toteutetaan, mikäli autoklaavien hankintaan saadaan rahoitus vuodelle 2018. Lisäksi hankinta on ehdollinen ja toteutetaan, mikäli toimialan tilapalveluilla on hankintaan liittyviin ympäristötoihin rahaa.

Clinichem Oy Ltd:n tarjous on voimassa 28.4.2018 saakka.

Uusi vertailutaulukko

Oikaisuvaatimuksen perusteella on vertailutaulukko (liite 4) korjattu uutta päätöstä vastaavaksi.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834
eeva.rantala(a)hel.fi
Ritva Ylöstalo-Laine, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6754671
ritva.ylostalolaine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Oikaisuvaatimus Clinichem Oy Ltd
- 2 Liite 2. Vastine oikaisuvaatimukseen. Hammasväline Oy
- 3 Liite 3. Hammasväline Oy vastine no 2
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Tarjoajat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Liite 1



10.10.2017

	Liite 2
	Liite 3
	Liite 4
	Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, sosiaali- ja terveyslautakunta
Välinehuolto	Esitysteksti
	Liite 1
	Liite 2
	Liite 3
	Liite 4
Hankintapalvelut	Esitysteksti
	Liite 1
	Liite 2
	Liite 3
	Liite 4

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallinto Hallintojohtaja 04.09.2017 § 15

HEL 2017-008420 T 02 08 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti hyväksyä Hammasväline Oy tarjouksen Getinge HS 33 EC-1 merkkisistä autoklaaveista Kivelän, Vuosaaren ja Oulunkylän välinehuoltojen autoklaavien ja niihin liittyvien tuotteiden hankinnassa. Kokonaishinta sisältää autoklaavien validoinnin erillisen, tarjouspyynnössä määritellyn validointiohjelman mukaisesti.

Samalla hallintojohtaja päätti, että tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole tilaus, vaan hankinnasta solmitaan välinehuoltokohtaiset sopimukset valitun toimittajan kanssa.

Lisäksi hallintojohtaja päätti valtuuttaa hankintapalvelujen hankintasihteerin tekemään hankinnoista tilaukset.

Hankinnan kokonaisarvo on 83 610,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely ja valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus pyydetyille kokonaisuuksille. Kilpailutus tehtiin kevennettynä kilpailutuksena (ns. minikilpailutuksena) puitejär-



jestelyn PKS / KVE H111-14 ehtojen mukaisesti puitejärjestelyssä mukana olevien toimittajien kesken.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoukselle, sen sisällölle ja hankinnan kohteille vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköisen tarjouspyyntöjärjestelmän Tarjouspalvelu.fi:n pienhankintaportaalin kautta sähköpostitse kaikille puitejärjestelyssä PKS/KVE H111-14 mukanaoleville toimittajille.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 15.8.2017 mennessä ja niihin vastattiin 16.8.2017. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 28.8.2017.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: Clinichem Oy Ltd:n ja Hammasväline Oy:n tarjoukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valinnan perustelut

Välinehuollon ja hankintapalvelujen yhteinen työryhmä on kokouksessaan 30.8.2017 käsitellyt hankintaan saatuja tarjouksia ja tarjouksista tehtyä vertailua.

Hammasväline Oy tarjosi vertailun perusteella halvimman kokonaisuuden vertailuhinnalla 83 610,00 euroa.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa vertailutaulukossa.

Lisätiedot

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834
eeva.rantala(a)hel.fi

Ritva Ylöstalo-Laine, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6754671
ritva.ylostalolaine(a)hel.fi