

Helsingin kaupunki

Hankintapäätös § 214 / 2023

**HANKINTAOIKAISUVAATIMUS**

**26.10.2023**

**Koskien Helsingin kaupungin kilpailutuksen HEL 2023 - 007972 Painehaavatyyny päätöstä**

Osa-alue 3 Istuintyyny, ilmakennorakenne, Positio 8. Istuintyyny käyttäjälle, jolla on suuri tai erittäin suuri riski saada painehaava. Istuintyynyssä on istuma-asentoa korjaava, ilmakennorakenne, korkeus 10 cm (vähintään 2-kammioinen 1-venttiilinen istuintyyny).

Oikaisuvaatimus: Positiossa 1. sijalle valitun toimittajan ICF Group Oy:n tarjoama painehaavatyyny System Polyair 302C ei täytä tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta. Pyydämme kohteliaimmin tarkastamaan nämä vaatimusten mukaiset kriteerit ja niiden toteutumisen tehdyn valinnan osalta.

Saatavilla vähintään 8 eri kokoa jotka soveltuvat pyörätuoleihin istuinleveydeltään 36-50 cm (toleranssi +/-1cm) ja istuinsyvyydeltään 38-48 cm (toleranssi +/-1cm). *Tarjottua tyynyä tulee olla saatavilla eri levyisinä välillä 36 -50 cm (toleranssi +/-1cm) ja eri syvyisinä välillä 38-48 cm (toleranssi +/-1cm)*

Perustelu: Valmistajan käyttöohjeen mukaan istuintyynyn pienin saatavilla oleva koko on 40x40 cm.



P302C / POLYAIR® 100 with POLYMAILLE® cover	P302C40401HW	40 x 40 / 16 x 16"	40 - 80 / 88 - 176	75 - 95 / 29 - 37
	P302C40431HW	40 x 43 / 16 x 17"	40 - 90 / 88 - 198	75 - 115 / 29 - 45
	P302C40461HW	40 x 46 / 16 x 18"	40 - 120 / 88 - 264	75 - 115 / 29 - 45
	P302C43431HW	43 x 43 / 17 x 17"	40 - 110 / 88 - 242	75 - 115 / 29 - 45
	P302C43461HW	43 x 46 / 17 x 18"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P302C46401HW	46 x 40 / 18 x 16"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P302C46461HW	46 x 46 / 18 x 18"	40 - 140 / 88 - 308	115 - 135 / 45 - 53
	P302C51461HW	51 x 46 / 20 x 18"	40 - 160 / 88 - 352	135 - 155 / 53 - 61
	P302C51501HW	51 x 50 / 20 x 20"	40 - 180 / 88 - 396	135 - 155 / 53 - 61
	P302C56461HW	56 x 46 / 22 x 18"	60 - 230 / 132 - 507	155 / 61 and +
	P302C61501HW	61 x 50 / 24 x 20"	80 - 270 / 176 - 595	155 / 61 and +

Lähde: [https://www.system.com/pdf\\_pdt/1670593828P301C-P302C.pdf](https://www.system.com/pdf_pdt/1670593828P301C-P302C.pdf)

Osa-alue 3 Istuintyynty, ilmakennorakenne, Positio 9. Istuintyynty käyttäjälle, jolla on suuri tai erittäin suuri riski saada painehaava. Istuintyyntyssä on istuma-asentoa korjaava rakenne, korkeus 5 cm (vähintään 2-kammioinen, 1 venttillinen istuintyynty).

Osa-alue 3 Istuintyynty, ilmakennorakenne, Positio 10. Istuintyynty käyttäjälle, jolla on suuri tai erittäin suuri riski saada painehaava. Istuintyyntyssä on ilmakennorakenne, tyynyn korkeus on vähintään 5 cm.

Oikaisuvaatimus: Positiossa 9. ja 10. 1. valitun toimittajan ICF Group Oy:n tarjoama tuote System P301C Polyair istuintyynty ei täytä tarjouspyynnössä ollutta vaatimusta, että käyttäjän maksimipaino on vähintään 80 kg. Pyydämme kohteliaimmin tarkastamaan nämä vaatimusten mukaiset kriteerit ja niiden toteutumisen tehdyn valinnan osalta.

DESIGNATION	ITEM CODE	 W x L - cm / inches	 min - MAX kg / lbs	BUTTOCK MEASUREMENT (cm / inches)
	P301C3636IHW	36 x 36 / 14 x 14"	20 - 60 / 44 - 132	50 - 75 / 19 - 29
	P301C4040IHW	40 x 40 / 16 x 16"	30 - 80 / 66 - 176	75 - 95 / 29 - 37
	P301C4043IHW	40 x 43 / 16 x 17"	30 - 90 / 66 - 198	75 - 115 / 29 - 45
	P301C4046IHW	40 x 46 / 16 x 18"	30 - 110 / 66 - 242	75 - 115 / 29 - 45
	P301C4343IHW	43 x 43 / 17 x 17"	30 - 110 / 66 - 242	95 - 115 / 37 - 45
P301C / POLYAIR® 60 with POLYMAILLE® cover	P301C4346IHW	43 x 46 / 17 x 18"	30 - 120 / 66 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P301C4640IHW	46 x 40 / 18 x 16"	40 - 120 / 88 - 264	95 - 135 / 37 - 53
	P301C4646IHW	46 x 46 / 18 x 18"	40 - 140 / 88 - 308	115 - 135 / 45 - 53
	P301C5146IHW	51 x 46 / 20 x 18"	40 - 160 / 88 - 352	135 - 155 / 53 - 61
	P301C5150IHW	51 x 50 / 20 x 20"	40 - 180 / 88 - 396	135 - 155 / 53 - 61
	P301C5646IHW	56 x 46 / 22 x 18"	60 - 230 / 132 - 507	155 / 61 and +
	P301C6150IHW	61 x 50 / 24 x 20"	80 - 270 / 176 - 595	155 / 61 and +

Lähde: [https://www.system.com/pdf\\_pdt/1670593828P301C-P302C.pdf](https://www.system.com/pdf_pdt/1670593828P301C-P302C.pdf)

Perustelu: Koon 36x36 cm valmistajan ilmoittama suositus käyttäjän painorajasta on 20-60 kg.

Luokassa vaatimuksena on ollut, että tyyny on saatavilla eri levyisinä 36-50 cm (toleranssi +/-1 cm) ja syvyys välillä 38-48 cm (toleranssi +/-1 cm).

Osa-alue 1 Istuintyynty, viskoelastinen, Positiot 1-3. Pyydämme kohteliaimmin tarkistamaan valitun ensisijaisen toimittajan tuotteiden kriteerien täyttymisen mittojen ja painorajojen osalta. Näitä tietoja ei ole tarkistettavissa muualta, kuin tarjoajan tilaajalle toimittamista materiaaleista.

Helsingissä 26.10.2023

██████████  
Asiakkuusjohtaja  
Respecta Oy