

30.05.2023

Hammasvälineen vastine

Hankinta:

HEL 2023-002960 / Vuosaaren hammashoitolan hammashoitoyksiköiden, potilastuolien, kaapistojen ja imulatteistojen hankinta.

Oikaisuvaatimus:

Flinno Oy on esittänyt Hammasvälineen tarjouksen hylkäämistä ja esittänyt oikaisuopyynnössään perustelut hylkäämiselle.

Hammasvälineen vastaus:

Flinnon esittämät väittämät ovat paikkaansa pitämättömiä.

HEKA Dental kaapistoimu on oma pakettina myytävä kokonaisuutensa, eikä sitä ole koottu varaosista, kuten Flinno väittää. HEKA DENTAL kaapistoimut ovat osa HEKA DENTALin tuotevalikoimaa ja ne on hyväksytty ja testattu MDD säädösten mukaisesti. Liitteenä tehtaan dokumentti (SALASSA PIDETTÄVÄ), jossa vakuuttavat imujen kuuluvan osana HEKAN tuotteille haettua MDD todistusta, huolimatta siitä käytetäänkö niitä kiinteänä osana hoitokonetta tai erikseen kaapistoon asennettuna. Liitteenä on myös esitetty HEKA DENTALin suunnitelma MDR hyväksynnälle siirtymäajan puitteissa (26.5.2024). Kyseinen dokumentti on SALASSA PIDETTÄVÄ.

Dentsply Sirona hoitokoneessa on sisäänrakennettu ulkoisten laitteiden tuki. Hoitokoneesta voidaan ottaa uloisille laitteille mm. sähkö, paineilmaa ja vettä. Ulkoisten laitteiden liittäminen Dentsply Sirona hoitokoneisiin ei riko DS:n vaatimustenmukaisuutta. Liitteenä tehtaan vakuutus asiasta. Liite on SALASSA PIDETTÄVÄ.