

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-, TERVEYS JA PELASTUSLAUTAKUNTA
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

29.01.2024

Asia **Oikaisuvaatimus:** Hankintapäätös kilpailutukseen HEL 2023-012514 T
02 08 01 00
14 § Päätös fysioterapian lääkinällisten laitteiden ja hoitopöytien
hankinnasta

Hakija LOJER OY, Putajantie 42/PL 54 Sastamala

Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala

Hakijan vaatimukset

Lojer Oy vaatii hankintalain (1397/2016) 132-135 § nojalla, että Helsingin kaupungin sosiaali, terveys- ja pelastuslautakunta oikaisee tekemänsä päätöksen kilpailutukseen HEL 2023-012514 T 02 08 01 00, 14 § Päätös fysioterapian lääkinällisten laitteiden ja hoitopöytien hankinnasta, Osa-alueen 1: Hoitopöydät osalta sekä keskeyttää samalla tekemänsä päätöksen täytäntöönpanon ja meneillään olevan hankintaprosessin Osa-alueen 1 osalta, sekä korjaa virheellisen menettelyn, koska fysioterapian hoitopöytien toimittajaksi valitun Fysioline Oy:n Osa-alueen 1: Hoitopöydät POS 1 & 3 "Leveä hoitopöytä" eikä POS 2 "Kapea hoitopöytä" täytä tarjouspyynnön mukaisia vaatimuksia hoitopöydän pakollisista ominaisuuksista.

Perusteet jolla oikaisua haetaan

Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys ja pelastustoimiala on päättänyt 25.01.2024 päivätyn hankintapäätöksen mukaan valita Osa-alueen 1 fysioterapian hoitopöytien toimittajaksi Fysioline Oy:n.

Fysioline Oy:n tarjoama kapea hoitopöytä POS 2 "Fysioline Basic 400" ei vastaa kuitenkaan tarjouspyynnön mukaista hoitopöytää pakollisten ominaisuuksien osalta seuraavassa kohdassa:

"Käsituet, portaattomalla korkeuden pikasäädöllä"

- Basic 400 - mallissa on perinteinen käsitukien säätö avaamalla ja kiristämällä sormin mutteria (KUVA 1).
- Tämä toiminto ei ole millään tapaa pikasäätö, mitä tarjouspyynnössä on pakollisena vaadittu vaan vaatii aina erillisen avaamisen, säädön sekä kiristämisen.



KUVA 1. Fysioline Basic 400.

- Asiaa on myös tarkennettu kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä, missä on varmistettu **portaattoman pikasäädön tarkoittavan nimenomaan kaasujousella toimivaa säätöä** (KUVA 2).
- Kyseinen ominaisuus on tarjotuista hoitopöydistä ainoastaan Lojer Oy:n Capre M4 mallissa

Kysymys 7: Osa-alue 1: Hoitopöydät POS 2 / Kapea hoitopöytä; Tarkoitetaanko vaatimuksella "Käsituet, portaattomalla korkeuden pikasäädöllä" kaasujousella toimivaa portaatonta pikasäätöä eikä esimerkiksi kierrettävää siipimutteria, minkä säätäminen ei ole enää pikasäätöä?

Vastaus 7: Kyllä, tarkoitetaan kaasujousella toimivaa portaatonta pikasäätöä

KUVA 2. Kuvakaappaus vastauksista saapuneisiin kysymyksiin Fysioterapian lääkinälliset laitteet ja hoitopöydät HEL 2023-012514.

- <https://shop.fysioline.fi/tuote/fysioline-basic-400-hoitopoyta-6-osainen/>

Tämän lisäksi Fysioline Oy:n tarjoama leveä hoitopöytä POS 1 "Pro mattohoitopöytä (2-osainen)" sekä POS 3 "Pro mattohoitopöytä (1-osainen)" eivät vastaa tarjouspyynnön mukaista hoitopöytää pakollisten ominaisuuksien osalta seuraavassa kohdassa:

"Tuotteessa on keskuslukittavat siirtopyörät"

- Fysioline Oy:n Pro mattohoitopöydässä ei ole keskuslukittavia siirtopyöriä, vaan pöytä nousee erillisille jaloille polkimella. Näin ollen siirtopyörät eivät lukitu (KUVA 3).



KUVA 3. Fysioline Pro mattohoitopöytä, missä pakollisten vaatimusten ja tarkentavien kysymysten mukaisesti vaadittu pyörien lukittautuminen ei toteudu.

<https://shop.fysioline.fi/tuote/fysioline-pro-mattohoitopoyta-1-osainen/>

- Asiaa tarkennettiin lisäksi erikseen kysymyksillä, johon saatiin vastaus ja tarkennus hankintatoimelta; **keskuslukittavien siirtopyörien tulee lukittautua yhdestä polkimesta** (KUVA 4). Fysioline Oy:n mattohoitopöydän siirtopyörät eivät lukittaudu, koska pyörissä ei ole minkäänlaista lukitusta. Tarjotuista pöydistä ainoastaan Lojerin Bobath 4010XB mattohoitopöydässä on kyseinen ominaisuus siirtopyörissä.

Kysymys 5: Osa-alue 1: Hoitopöydät POS 1 & 3 / Leveä hoitopöytä; Tarkoittaako vaatimus "Tuotteessa on keskuslukittavat siirtopyörät" sitä, että kaikkien pyörien tulee lukkiutua yhdestä polkimesta?

Vastaus 5: Kyllä tarkoittaa

KUVA 4. Kuvakaappaus vastauksista saapuneisiin kysymyksiin Fysioterapian lääkinälliset laitteet ja hoitopöydät HEL 2023-012514.

Virheellinen ratkaisu

Lain julkisista hankinnoista (1397/2016) 2 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankintalain 69 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 73 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan **tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen**. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Yleisenä hankintaperiaatteena on ollut tarjouksen lopullisuus ja se, että tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Virheellistä tietoa ei saa tulkita tarjoajaa suosivalla tavalla.

Lojer Oy:n näkemyksen mukaan päätös ei ole oikeudenmukainen, koska Fysioline Oy on esittänyt tarjouspyynnön vaatimusten vastaisen tarjouksen Osa-alueen 1 osalta.

Johtopäätös

Helsingin kaupungin Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan päätös on ollut virheellinen ja se on ollut Lojer Oy:tä kohtaan syrjivä. Lojer Oy esittää, että ao. päätös oikaistaan Osa-alueen 1: Hoitopöydät osalta ja kyseinen virhe korjataan valitsemalla kyseisen osa-alueen ainoaksi toimittajaksi tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Lojer Oy.

Hollolassa 29.01.2024

Kunnioitavasti,

[REDACTED]

LOJER OY

E-ma [REDACTED]

Puh: [REDACTED]