

Helsingin kaupunki  
Sosiaali- ja terveyslautakunta  
helsinki.kirjaamo@hel.fi  
PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ

Haltija Group Oy  
Koivuhaantie 2-4 D  
01510 Vantaa  
[asiakaspalvelu@haltija.fi](mailto:asiakaspalvelu@haltija.fi)

### **Päätös, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu**

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 22.6.2021  
§ 134  
Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen  
vuokrauspalvelun puitejärjestelyn hankinta

HEL 2021-002323 T 02 08 02 00

### **Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja perustelut**

#### **Osa-alue 5: Painehaavoja ehkäisevä ja hoitava patja (suuri ja erittäin suuri riski)**

Hankintapäätöksessä osa-alue 5: Painehaavoja ehkäisevä ja hoitava patja (suuri ja erittäin suuri riski) on valittuna Haltija Group Oy:n kahdella eri tarjouksella tarjoamat, kaksi erilaista korkeanriskin patjaa sekä Mekalasi Oy:n tarjoama Domus 3 patja.

Valmistajan [Apex Medical] tuotekuvauksen ja käyttöohjeen perusteella Mekalasin Domus 3 patjaa **ei saa käyttää ilman erillistä vaahdosta valmistettua alatukipatjaa tai muuta patjaa**, eikä siis täytä tarjouspyynnön kriteeriä [Tarjouspyynnön liite 2 Vähimmäisvaatimukset] *“Patja voidaan asettaa sähkösäätöiseen sänkyyn ilman erillistä alatukipatjaa.”*

Domus3\_User\_manual.pdf (manuaalin s.8, kohta 1)

1. Place the DOMUS 3 mattress on top of a foam or mattress bed. Secure the mattress firmly by fixing the straps to the bed frame if available.



**NOTE:** Domus 3 mattress is an overlay system, so there must be a foam or mattress underneath when using.

Lisäksi vaatimuksena oli, että **patjan paksuus tulee olla 12-15 cm**. Mekalasi Oy Domus 3 patjan paksuus yhdessä alatukipatjan kanssa on selvästi korkeampi kuin tarjouspyynnössä on sallittu.

Haltija Group Oy vaatii Mekalasi Oy tarjousta hylättäväksi tämän position kohdalta, koska patja ei täytä kahta edellä kerrottua kriteeriä.

Esitämme, että nykyistä hankintapäätöstä korjataan niin, että päätöksestä poistetaan kolmas valittu tuote, eikä sen tilalle valita turhaan kolmatta vaihtoehtoa. Nyt hankintapäätöksessä olevat Curocell A4 ja Curocell IQ ovat kaksi täysin eri toimintaperiaatteilla toimivaa patjaa ja ne yhdessä kattavat kaikki tilaajan tarpeet.

#### **Oikaisuvaatimukseen liitettävät asiakirjat**

Domus3\_User\_manual.pdf (manuaalin s.8, kohta 1)

Domus3 Brochure.pdf (s.14-15)

#### **Oikaisua vaativa taho**

Haltija Group Oy

#### **Millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen**

Haltija Group Oy on asianosainen tässä hankinnassa ja toimin Tarjous- ja laatupäällikkönä Haltija Groupissa.

#### **Yhteyshenkilö**

██████████, Tarjous- ja laatupäällikkö,

██████████@haltija.fi, ██████████

Pyydämme lähettämään vastauksen sähköpostiin asiakaspalvelu@haltija.fi

#### **Lisätietoa**

Haltija Group Oy saattaa hankintayksikön tietoon, että tässä hankintapäätösasiassa Haltija Group Oy varaa mahdollisuuden hakeaa muutosta asiaan markkinaoikeudelta. **Tämän vuoksi pyydämme vastausta tähän hankinta-oikaisu-pyyntöön viimeistään 9.7.2021**

Pyydämme lähettämään vastauksen sähköpostiin asiakaspalvelu@haltija.fi

Vantaalla 1.7.2021

Haltija Group Oy

██████████

Tarjous- ja laatupäällikkö,

██████████@haltija.fi

██████████