

Helsinki

## Hylätyt tarjoukset

Terveydenhuollon pienlaitteet ja -välineet HEL 2023-014482

| Hankinnan osa-alue                             | Tarjoaja             | Tuote, jota hylätty tarjous koskee | Tarjouksen hylkäämisen syy   |
|--|----------------------|------------------------------------|--|
| Osa-alue 1: Verenpainemittari, digitaalinen    | Berner Oy            | Omron M3                           | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan laitteen tulee olla vaativaan terveydenhuollon ammattikäyttöön soveltuva verenpainemittari. Berner Oy:n tarjoukseen liitetyn, tarjottua laitetta koskevan käyttöohjeen mukaan Omron M3 on tarkoitettu pääasiassa tavalliseen kotikäyttöön.</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, ettei laite sovellu tarjouspyynnöllä tarkoitettuun vaativaan ammattikäyttöön.</p> <p>Berner Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 1 osalta.</p>  |
| Osa-alue 1: Verenpainemittari, digitaalinen    | Fennogate Finland Oy | Apteq Q3                           | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan laitteen tulee olla vaativaan terveydenhuollon ammattikäyttöön soveltuva verenpainemittari. Fennogate Finland Oy:n tarjoukseen liitetyn, tarjottua laitetta koskevan käyttöohjeen mukaan ensisijaisesti potilas itse käyttää mittaria. Lisäksi tarjouksen liitteenä olevassa esitteessä on mainittu, että ko. tuote on verenpainemittari koko perheen käyttöön.</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, ettei laite ole soveltuva tarjouspyynnössä tarkoitettuun vaativaan ammattikäyttöön.</p> <p>Fennogate Finland Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 1 osalta.</p>  |
| Osa-alue 1: Verenpainemittari, digitaalinen    | Steripolar Oy        | 6021N                              | <p>Tarjouspyynnössä oli positioiden 1.2 ja 1.3 (mansetit) osalta vaatimus, että tarjouksella tuli ilmoittaa mansetin koko (minkä kokoisille käsivarsille tarjottu mansetti sopii) senttimetreinä. Steripolar Oy:n tarjouksessa oli ilmoitettu mansettien koot Large ja Small.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan laitteen tulee olla vaativaan terveydenhuollon ammattikäyttöön soveltuva verenpainemittari. Tarjoukseen liitetyn käyttöohjeen mukaan tuotetta ei ole tarkoitettu diagnostiseen käyttöön.</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, ettei laite sovellu tarjouspyynnössä tarkoitettuun vaativaan terveydenhuollon ammattikäyttöön.</p> <p>Steripolar Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 1 osalta.</p> |
| Osa-alue 3: Verenpainemittari, auskultatorinen | Berner Oy            | OMRON HBP-1120-E                   | <p>Tarjouspyynnöllä oli vaadittu, että tarjoukseen on liitettävä selvitys kaikista osa-alueen positioiden mukaisista tuotteista. Berner Oy:n tarjouksesta puuttui kokonaan auskultatorista verenpainemittaria (positio 3.1) koskeva selvitys, eikä tarjous näin ollen täytä sille asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Berner Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 3 osalta.</p>  |
| Osa-alue 4: Verenpainemittari, aneroidi        | Pamark Business Oy   | Riester Precisa N                  | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.</p> <p>Pamark Business Oy ei toimittanut tarjoamaansa Riester Precisa N -verenpainemittaria katselmointiin.</p> <p>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 4 osalta.</p>  |

|   |                      |                         |  |
|---|----------------------|-------------------------|--|
| Osa-alue 4: Verenpainemittari, aneroidi | Steripolar Oy        | 70311ABK                | <p>Tarjouspyynnöllä oli vaadittu, että verenpainemittariin sisältyy palje, mansetti sekä takarauta (palkeen takana oleva, paljetta tukeva rauta). Steripolar Oy:n tarjoamassa tuotteessa ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettua paljetta tukevaa rautaa. Tarjottu tuote ei näin ollen täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>Steripolar Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 4 osalta.</p>   |
| Osa-alue 5: Sormipulssioksimetrit       | Suomen MediTuote Oy  | Oxystart ja Oxyfrog     | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan lasten sormipulssioksimetrin (positio 5.2) tulee olla vaatimaan terveydenhuollon ammattikäyttöön tarkoitettu sormipulssioksimetri. Suomen MediTuote Oy:n tarjoukseensa liittämän, Oxyfrog-sormipulssioksimetriä (positio 5.2) koskevan käyttöohjeen mukaan tuote on tarkoitettu kotikäyttöympäristöihin ja hyvinvointikäyttöön.</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, ettei laite ole soveltuva tarjouspyynnössä tarkoitettuun vaatimaan ammattikäyttöön.</p> <p>Suomen MediTuote Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 5 osalta.</p>   |
| Osa-alue 6: Pulssioksimetri             | Mediq Suomi Oy       | RAD-57                  | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjotun pulssioksimetrin tulee olla paristoilla toimiva ja lisäksi sen tulee soveltua sekä kertamittaukseen että jatkuvaan mittaukseen. Jatkuvan mittauksen vaatimus on tarjouspyynnön mukaan vähintään 24 tuntia. Mediq Suomi Oy:n tarjoukseen liitetyn, RAD-57 -pulssioksimetriä koskevan käyttöohjeen mukaan laite toimii neljällä AA-alkaliparistolla yli 8 tuntia (jatkuva käytössä).</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, että laite ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia vähintään 24 tunnin jatkuvan mittauksen osalta.</p> <p>Mediq Suomi Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 6 osalta.</p>                       |
| Osa-alue 6: Pulssioksimetri             | Pedihealth Oy        | PEARL 5                 | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan pulssioksimetrin tulee soveltua sekä kertamittaukseen että jatkuvaan mittaukseen. Pedihealth Oy:n PEARL 5 -laitetta koskevaan tarjoukseen liitetyn käyttöohjeen mukaan tarjottu laite sopii lyhytaikaiseen mittaukseen ja lisäksi käyttöohjeessa on mainittu, että EU:n direktiivin 93/42-EEC nojalla laite ei sovi potilaiden jatkuvaan tarkkailuun.</p> <p>Hankintayksikkö katsoo, ettei PEARL 5 -pulssioksimetri täytä tarjottavalle laitteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia jatkuvan mittauksen osalta.</p> <p>Pedihealth Oy:n tarjous hylätään osa-alueelle 6 tarjotun rinnakkaisen tarjouksen (PEARL5) osalta.</p> |
| Osa-alue 7: Korvakuumemittari           | Fennogate Finland Oy | Apteq korvakuumemittari | <p>Tarjouspyynnöllä oli vaadittu, että käytetyn korvasuppilon saa irrotettua koskematta suppilon, painiketta painamalla. Fennogate Finland Oy:n tarjoukseen liitetyn, tarjottua korvakuumemittaria koskevan käyttöohjeen mukaan suppilo irroitetaan sitä kiertämällä.</p> <p>Tarjottu tuote ei näin ollen täytä osin tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>Fennogate Finland Oy: tarjous hylätään osa-alueen 7 osalta.</p>  |
| Osa-alue 8: Otsakuumemittari            | Steripolar Oy        | Mini                    | <p>Tarjouspyynnöllä oli vaadittu, että otsakuumemittari on paristoilla toimiva.</p> <p>Steripolar Oy:n tarjoukseen liitetyn, tarjottua otsakuumemittaria koskevan käyttöohjeen mukaan otsakuumemittari on akkukäyttöinen.</p> <p>Tarjottu tuote ei näin ollen täytä osin tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>Steripolar Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 8 osalta.</p>  |

|   |                    |                              |  |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| Osa-alue 9: Stetoskooppi, vaativampaan käyttöön | Pamark Business Oy | Riester Cardiophon 2.0       | <p>Tarjouspyynnön mukaan stetoskoopista tuli olla saatavilla eri väriaihtoehtoja ja väriaihtoehdot tuli tarjota tarjouksessa. Pamark Business Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjoustietoja väriaihtoehtoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen tältä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia eikä tuotevalikoimaa (väriaihtoehdot) koskevia vaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 9 osalta.</p>  |
| Osa-alue 9: Stetoskooppi, vaativampaan käyttöön | Steripolar Oy      | 640BK                        | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen tuli liittää tarjottua tuotetta koskeva tuote-esite, josta tuli tarjouspyynnön mukaan ilmetä tarjottujen tuotteiden kaikki ominaisuudet sekä tuotekuvat. Steripolar Oy:n tarjoukseen liittävä tuote-esite ei sisällä selvitystä stetoskoopista 640BK.</p> <p>Lisäksi stetoskoopista tuli olla saatavilla eri väriaihtoehtoja ja väriaihtoehdot tuli tarjota tarjouksessa. Steripolar Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjoustietoja väriaihtoehtoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen tältä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia eikä tuotevalikoimaa (väriaihtoehdot) koskevia vaatimuksia.</p> <p>Steripolar Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 9 osalta.</p>   |
| Osa-alue 10: Stetoskooppi, peruskäyttöön        | Pamark Business Oy | Riester Duplex® 2.0          | <p>Tarjouspyynnön mukaan stetoskoopista tuli olla saatavilla eri väriaihtoehtoja ja väriaihtoehdot tuli tarjota tarjouksessa. Pamark Business Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjoustietoja väriaihtoehtoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen tältä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia eikä tuotevalikoimaa (väriaihtoehdot) koskevia vaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 10 osalta.</p>   |
| Osa-alue 11: Stetoskooppi, lapsille             | Pamark Business Oy | Riester Duplex® 2.0 Baby     | <p>Tarjouspyynnön mukaan stetoskoopista tuli olla saatavilla eri väriaihtoehtoja ja väriaihtoehdot tuli tarjota tarjouksessa. Pamark Business Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjoustietoja väriaihtoehtoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen tältä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia eikä tuotevalikoimaa (väriaihtoehdot) koskevia vaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 11 osalta.</p>   |
| Osa-alue 12: Oto- ja oftalmoskoopit             | Mediq Suomi Oy     | HEINE oto- ja oftalmoskoopit | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen tuli liittää selvitys kaikista osa-alueen positioiden mukaisista tuotteista. Tuote-esitteelle/selvitykselle oli tarjouspyynnöllä lisäksi asetettu vähimmäisvaatimuksena, että selvityksestä tulee ilmetä tarjottujen tuotteiden kaikki ominaisuudet sekä tuotekuvat. Mediq Suomi Oy:n tarjous ei sisältänyt tuote-esitteitä/selvityksiä position 12.1 otoskooppisetistä, position 12.2 paristokädensijasta, position 12.3 oftalmoskooppisetistä, position 12.4 paristokädensijasta tai position 12.5 oftalmoskooppisetistä.</p> <p>Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota positioiden 12.1-12.5 laitekohtaiset tarvikkeet ja laiteosat. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin otoskoopit, oftalmoskooppipäät, kädensijat, latauslaitteet, palkeet, polttimet, korvasuppilot jne. Mediq Suomi Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta polttimoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen tältä osin täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Mediq Suomi Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 12 osalta.</p> |

|                                     |                    |                                    |   |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Osa-alue 12: Oto- ja oftalmoskoopit | OneMed Oy          | Welch Allyn oto- ja oftalmoskoopit | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota positioiden 12.1-12.5 laitekohtaiset tarvikkeet ja laiteosat. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin otoskoopit, oftalmoskooppipäät, kädensijat, latauslaitteet, palkeet, polttimot, korvasuppilot jne. OneMed Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta kädensijoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>OneMed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 12 osalta.</p>   |
| Osa-alue 12: Oto- ja oftalmoskoopit | Pamark Business Oy | Riester oto- ja oftalmoskoopit     | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota positioiden 12.1-12.5 laitekohtaiset tarvikkeet ja laiteosat. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin otoskoopit, oftalmoskooppipäät, kädensijat, latauslaitteet, palkeet, polttimot, korvasuppilot jne. Pamark Business Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta kädensijoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 12 osalta.</p>   |
| Osa-alue 12: Oto- ja oftalmoskoopit | Pedihealth Oy      | LuxaScope oto- ja oftalmoskoopit   | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota positioiden 12.1-12.5 laitekohtaiset tarvikkeet ja laiteosat. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin otoskoopit, oftalmoskooppipäät, kädensijat, latauslaitteet, palkeet, polttimot, korvasuppilot jne. Pedihealth Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta polttimoista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Pedihealth Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 12 osalta.</p>  |
| Osa-alue 17: Otsalamppu             | Amartmed Oy        | L2S14C                             | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota laitekohtaiset tarvikkeet. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin ladattavat paristot ja otsapanta. Amartmed Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta otsapannasta.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Lisäksi tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.</p> <p>Amartmed Oy ei toimittanut tarjoamaansa otsalamppua katselmointiin.</p> <p>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Amartmed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 17 osalta.</p> |
| Osa-alue 17: Otsalamppu             | Otoplug Oy         | Faromed LED                        | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.</p> <p>Otoplug Oy ei toimittanut tarjoamaansa Faromed LED -otsalamppua katselmointiin.</p> <p>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Otoplug Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 17 osalta.</p>   |

|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| <p>Osa-alue 18: Otsalamppu, valokeilan koko sekä valoteho säädettävissä</p> | <p>Amartmed Oy</p>        | <p>L2SWE</p>                                       | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota laitekohtaiset tarvikkeet. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin ladattavat paristot ja otsapanta. Amartmed Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta otsapannasta.<br/>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.<br/>Lisäksi tarjouspyynnössä oli vaatimus, että tuotepakkauksen tulee sisältää kaikki otsalampun käytön edellyttämät laiteosat ja tarvikkeet. Tarjoukseen liitetyn tuote-esitteen mukaan tuote ei sisällä otsapantaa. Lamppua ei sellaisenaan voi käyttää ilman otsapantaa tai esimerkiksi silmälaseja. Hankintayksikkö katsoo, ettei tarjottu tuote täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.<br/>Lisäksi tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.<br/>Amartmed Oy ei toimittanut tarjoamaansa otsalamppua katselmointiin.<br/>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Amartmed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 18 osalta.</p> |
| <p>Osa-alue 18: Otsalamppu, valokeilan koko sekä valoteho säädettävissä</p> | <p>Otoplug Oy</p>         | <p>Otsavallo, high-power LED, faromed, 2 akkua</p> | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.<br/>Otoplug Oy ei toimittanut tarjoamaansa high-power LED -otsalamppua katselmointiin.<br/>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Otoplug Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 18 osalta.</p>   |
| <p>Osa-alue 18: Otsalamppu, valokeilan koko sekä valoteho säädettävissä</p> | <p>Pamark Business Oy</p> | <p>Riester Ri-Focus otsalamppu LED 6V</p>          | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli tarjota laitekohtaiset tarvikkeet. Tarjouksessa tuli tarjota ainakin ladattavat paristot ja otsapanta. Pamark Business Oy:n tarjous ei sisältänyt tarjousta otsapannasta.<br/>Tarjous ei näin ollen täytä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 18 osalta.</p>  |
| <p>Osa-alue 19: Otsalamppu, kevyt</p>                                       | <p>Amartmed Oy</p>        | <p>IHL-2000</p>                                    | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan tuotteen tuli sisältää kaikki tuotteen käytön edellyttämät osat ja tarvikkeet. Amartmed Oy:n tarjoukseen liitetyn tuoteselvityksen mukaan tuote on lamppu, joka tulee kiinnittää joko silmälaseihin tai erikseen tilattavaan otsapantaan.<br/>Näin ollen hankintayksikkö katsoo, että tuote ei sellaisenaan sisällä kaikkia käytön edellyttämiä osia ja että tuote ei täytä tarjouspyynnöllä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.<br/>Lisäksi tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.<br/>Amartmed Oy ei toimittanut tarjoamaansa IHL-2000 -otsalamppua katselmointiin.<br/>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Amartmed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 19 osalta.</p>   |
| <p>Osa-alue 19: Otsalamppu, kevyt</p>                                       | <p>Otoplug Oy</p>         | <p>Faromed 08-778</p>                              | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.<br/>Otoplug Oy ei toimittanut tarjoamaansa otsalamppua katselmointiin.<br/>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Otoplug Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 19 osalta.</p>   |

|                               |                    |  |  |
|-------------------------------|--------------------|--|--|
| Osa-alue 21: Ääniraudat       | Mediq Suomi Oy     | Medicon Lucae-äänirauta C128   | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan ääniraudan (pos 21.1) tuli olla säädettävä, kumipäällä, neurologinen. Mediq Suomi Oy:n tarjoukseen liitetyn tuoteselvityksen mukaan tarjottu äänirauta position 21.1 ei ole säädettävä malli. Näin ollen hankintayksikkö katsoo, ettei tarjottu tuote täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>Mediq Suomi Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 21 osalta.</p>                    |
| Osa-alue 21: Ääniraudat       | OneMed Oy          | Rudolf Äänirauta Hartmann C 128  | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan ääniraudan (pos 21.1) tuli olla säädettävä, kumipäällä, neurologinen. OneMed Oy:n tarjoukseen liitetyn tuoteselvityksen mukaan tarjottu äänirauta position 21.1 ei ole säädettävä malli eikä siinä ole ns. kumipäätä. Näin ollen hankintayksikkö katsoo, ettei tarjottu tuote täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>OneMed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 21 osalta.</p> |
| Osa-alue 21: Ääniraudat       | Pamark Business Oy | Riester Hartmann äänirauta c128 Hz                                     | <p>Tarjouspyynnön mukaan tarjottavan ääniraudan (pos 21.1) tuli olla säädettävä, kumipäällä, neurologinen. Pamark Business Oy:n tarjoukseen liitetyn tuoteselvityksen mukaan position 21.1 tarjotussa ääniraudassa ei ole ns. kumipäätä. Näin ollen hankintayksikkö katsoo, ettei tarjottu tuote täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 21 osalta.</p>          |
| Osa-alue 21: Ääniraudat       | Pedihealth Oy      | Luxamed Rydel Seiffer - äänirauta, c64/c128                            | <p>Tarjouspyynnöllä oli vaadittu, että tarjoukseen on liitettävä selvitys kaikista osa-alueen positioiden mukaisista tuotteista. Pedihealth Oy:n tarjouksesta puuttui kokonaan position 21.1 äänirautaa koskeva selvitys, eikä tarjous näin ollen täytä sille asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Pedihealth Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 21 osalta.</p>   |
| Osa-alue 22: Dermatoskooppi   | Amartmed Oy        | IDS-1100   | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana. Amartmed Oy ei toimittanut tarjoamaansa IDS-1100 -dermatoskooppia katselmointiin. Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Amartmed Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 22 osalta.</p>                   |
| Osa-alue 25: Verisuonidoppler | FINE Medical Oy    | Huntleigh Dopplex digitaalinen DMXR doppleri ladattava + VP8-XS anturi | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana. FINE Medical Oy ei toimittanut tarjoamaansa verisuonidoppleria katselmointiin. Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>FINE Medical Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 25 osalta.</p>                  |

|   |                    |                       |   |
|---|--------------------|-----------------------|---|
| Osa-alue 31: Imulaite, kannettava             | Pamark Business Oy | Weinmann ACCUVAC Lite | <p>Tarjouspyynnön mukaan, jos tarjottuun laitteeseen oli saatavilla tarvikkeita, tarjouksessa tuli antaa ko. tuotteiden hinnat ja tuotetiedot tarjouksessa. Pamark Business Oy:n tarjouksessa on ilmaistu, että tarvikkeita on saatavilla, mutta tarjous ei sisältänyt tarjousta tarvikkeista.</p> <p>Tarjous ei näin ollen täytä osin täytyä tarjoukselle asetettuja sisältö- ja muotovaatimuksia.</p> <p>Lisäksi tarjouspyynnössä oli vaatimus, että imulaitteen tulee olla verkkovirtakäyttöinen ja että tuotepakkauksen tulee sisältää kaikki imulaitteen käytön edellyttämät laiteosat ja tarvikkeet. Pamark Business Oy:n tarjouksessa on maininta, että tuote on tarjottu "ilman virtalähdettä". Virtalähdettä ei myöskään ole tarjottu lisätarvikkeena. Tarjous ei siten ole tarjouspyynnön mukainen eikä vertailukelpoinen.</p> <p>Pamark Business Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 31 osalta.</p> |
| Osa-alue 32: Imulaite, jalustalla ja pyörillä | Otoplug Oy         | Victoria Versa II     | <p>Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö edellytti, että tarjotut tuotteet (positiot) tuli toimittaa katselmoitaviksi Kallion virastotalolle tarjouspyynnöllä ilmoitettuna ajankohtana.</p> <p>Otoplug Oy ei toimittanut tarjoamaansa imulaitetta katselmointiin.</p> <p>Tarjous ei siten katselmoinnin osalta noudattanut hankintamenettelyn ehtoja.</p> <p>Otoplug Oy:n tarjous hylätään osa-alueen 32 osalta.</p>  |