

Liite 2. HEL 2020-06482

Käyttäjätöryhmän antamien pisteiden keskiarvo kustakin arvioidusta ominaisuudesta. Lattiakiinnitteinen potilastuoli ja kattokiinnitteinen hoitokone.

Arvioitava asia	Pisteiden keskiarvo	Kommentit, jos arvioija on antanut arvioitavasta ominaisuudesta vähemmän kuin 4 pistettä (asteikko 1-4).
Hammashoitoyksikkö on ergonomiseen nelikäsiyöskentelyyn soveltuva. Esim. hoitoyksikön laiteletkut ovat ergonomisesti käytettävissä hoitoyksikön ollessa työskentelyasennossa (instrumenttisillan sijaitessa potilaan rintakehän yläpuolella	4,00	
Hammashoitoyksikkö on ergonomiseen yksintyöskentelyyn soveltuva. Esim. hoitoyksikön laiteletkut ovat ergonomisesti käytettävissä hoitoyksikön ollessa työskentelyasennossa (instrumenttisillan sijaitessa potilaan rintakehän yläpuolella).	4,00	
Hammashoitoyksikkö laitteineen on helppo pyyhkiä ja puhdistaa (huomioiden hygieenisuus ja potilasvaihto)	4,00	
Potilastuolin selkänojan ollessa työskentelyasennossa, työparin (esim. hammaslääkäriin ja hammashoitajan) jalat mahtuvat tuolin selkänojan alle ergonomisesti työskennellessä	4,00	
Potilastuolin asentosäädöt mahdollistavat myös pitkän henkilön ergonomisen seisomatyöskentelyn , työskentelyasennossa (instrumenttisillan sijaitessa potilaan rintakehän yläpuolella).	3,83	*Instrumenttisilta valahti tässä yksikössä tahattomasti hieman alaspäin. Kerrottu firmasta, että voi asentaa ylemmäs, jolloin liikettä ei tapahdu.
Potilastuolin käsituon saa irrotettua ilman työkaluja tai siirrettyä sivuun niin, että se ei haittaa pyörätuolipotilaan tai vanhuksen siirtymistä tuoliin.	4,00	
Potilastuoli on ergonominen ja mukava eri potilasryhmien kannalta ja mahdollistaa pitkienkin hoitojen toteuttamisen.	4,00	